



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Alerta por falsificación

Dispositivo Médico

DL® Equipo para venoclisis



COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Sistema de Alertamiento Sanitario

Categoría: Alerta por falsificación

Tipo de producto o servicio: DL® Equipo para Venoclisis

Lugar de expedición: Ciudad de México

Fecha de expedición: 30 de mayo de 2023

Contacto para incidentes adversos: Tecnovigilancia

Contacto para denuncias: Denuncia sanitaria



La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alerta a los prestadores de servicios de salud por la adulteración del producto **DL® Equipo para Venoclisis** sin aguja, estéril, desechable, normogotero, con número de **lote 141102** y fecha de **caducidad 202511**.

Esta alerta se emite derivado del análisis y evaluación de la denuncia sanitaria presentada por la empresa **DL® MÉDICA S.A. de C.V.**, quien ha identificado que para el lote 141102 la fecha de **caducidad original era 201911**.

Estas son las características para identificar el producto adulterado:

El empaque ostenta **lote 141102** y cuenta con fecha de caducidad **202511** marcado con tinta.





Por lo anterior, Cofepris recomienda al personal de servicios de salud:

- Evitar la adquisición y uso del producto **DL® Equipo para Venoclisis** con número de **lote 141102** y fecha de **caducidad 202511**.
- Reportar incidentes adversos al [Sistema en Línea de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos](#)
- En caso de identificar el producto **DL® Equipo para Venoclisis**, con las características antes señaladas, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización realizar la [denuncia sanitaria](#) a través de la página electrónica.

Esta comisión federal mantendrá acciones de vigilancia sanitaria e informará en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.

--00--